



## زرع مزيل الرجفان الآلي نموذج الموافقة غير الرسمية

### لماذا تقترح عليكم زرع مزيل الرجفان الآلي؟

تعرض عليكم هذه العملية لأنكم تعانون من مرض قلبي يعرضكم لخطر الموت المفاجئ الناتج عن اضطرابات خطيرة في نظم القلب.

### كيف يعمل مزيل الرجفان الآلي؟

يحتوي مزيل الرجفان الآلي على بطارية و دوائر إلكترونية. يمكن لهذا الجهاز من تحليل معدل ضربات القلب باستمرار، واكتشاف اضطرابات النظم غير الطبيعية ومعالجتها إما عن طريق التحفيز السريع الذي لا يمكن الشعور به عادة، أو عن طريق الصدمة الكهربائية الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الجهاز على وظيفة جهاز تنظيم ضربات القلب. يوضع هذا الجهاز أثناء العملية الجراحية عادة في الجزء العلوي من الصدر (أو بشكل استثنائي في البطن أو في الجنب الأيسر)، وهو مرتبط بالقلب من خلال توصيل واحد أو اثنين أو ثلاثة يفع إدخالها عن طريق الوريد.

### كيف يتم إجراء الغرس؟

من الضروري أن تكون صائماً، مع إعداد ما قبل الجراحة (غسل مطهر على وجه الخصوص). يجب الإبلاغ في صورة وجود الحساسية ضد المضادات الحيوية أو منتجات اليودا عن طريق الحقن قبل الجراحة. سيتم إجراء العملية على طاولة في غرفة مجهزة بشكل خاص وتكون إما تحت التخدير العام أو تحت التخدير الموضعي. تستغرق العملية ساعة واحدة في المتوسط، ويعتمد ذلك في بعض الأحيان على نوع المعدات المزروعة وصعوبات وضع التوصيلات في التجاويف القلبية، لا سيما التوصيل الخاص بإعادة المزامنة والذي يوضع في فرع وريدي وراء البطن الأيسر.

### ما هي مخاطر الغرس؟

مثل أي عملية جراحية، فإن غرس مزيل الرجفان يعرض لمخاطر التخدير وكذلك المضاعفات المحتملة، خاصة العدوى الجرثومية أو النزيف في حوالي 5 ٪ من الحالات. بشكل استثنائي للغاية، يمكن أن تكون هذه المضاعفات قاتلة. بعد فترة من غرس جهاز إزالة الرجفان، قد تكون هناك حاجة لإعادة العملية للتغلب على فشل حالة أو إنزياح في التوصيلات أو تفزّر في التوصيلات أو التهاب جرثومي. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء استبدال لهذا الجهاز بعد بضع سنوات من التشغيل (من 5 إلى 10 سنوات حسب الطراز)، بسبب نفاذ البطارية. أخيراً، من المهم الإشارة إلى أن تقنية هذا الجهاز معقدة للغاية ويمكن بين الحين والآخر اكتشاف الخلل الوظيفي الذي قد يتطلب مراقبة خاصة تتراوح ما بين المتابعة المتواترة إلى تغيير الجهاز أو التوصيلات في بعض الأحيان.

### كيف تتم المتابعة بعد الخروج المستشفى؟

بعد العملية من الضروري المتابعة المنتظمة في مركز متخصص (تقريباً كل 3 إلى 6 أشهر) للتحقق من الأداء الصحيح للجهاز، بالإضافة إلى عدم وجود مضاعفات. في كل الأحوال، لا تغني هذه المراقبة "الفنية" في المركز المتخصص عن المراقبة المنتظمة لأخصائي أمراض القلب إنما تكملها. سيتم تقديم بطاقة تشبير إلى وجود مزيل الرجفان لكم بعد العملية. لا تتأثر عادة حياتكم اليومية بسبب هذا الجهاز. ولكن، ينبغي اتخاذ بعض الاحتياطات في حالة حدوث أعمال طبية أو جراحية، وأحياناً على المستوى المهني. سيتم شرح هذه الاحتياطات لكم بطريقة تتكيف مع وضعكم الشخصي من قبل الطبيب الذي قام بغرس الجهاز لكم وفريقه.

### الموافقة

لقد تم إخباري من قبل طبيب القلب حول هذا الفحص، والنتائج المتوقعة، وكذلك الآثار الجانبية التي قد تحدث أثناء تنفيذ العملية. وقد تمكنت من طرح أسئلة مفيدة وأعطاني إجابات واضحة ومرضية.

هذه الموافقة إبلاغية ولا تشكل تنازلاً عن المسؤولية.

- أوافق على القيام بهذه العملية.
- لا أوافق على القيام بهذه العملية.

توقيع الطبيب

اسم المريض وتوقيعه



الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب الشرايين

...../...../..... في .....